ROOTT

PROTOCOLLO FRESE PER IMPIANTI ROOTT P

PREPARAZIONE DELLA CAVITA'

Ogni persona ha una struttura ossea unica e il medico deve adattare il protocollo di fresatura alla qualità ossea individuale e alla situazione anatomica. Gli impianti ROOTT P sono creati per l'area pterigoidea, dove l'osso ha una densità diversa. Mentre l'area mascellare posteriore è tipicamente molto morbida, le ossa palatine e sfenoidi sono generalmente di qualità ossea D2 e offrono un'eccellente stabilità primaria. Il presente protocollo fornisce solo delle linee guida e, in nessun caso, si sostituisce alla valutazione del clinico

IMPORTANTE!
QUANDO SI PREPARA LA CAVITÀ PER L'IMPIANTO,

ASSICURARE SEMPRE IL RAFFREDDAMENTO.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE STRUMENTI IDONEI.

N.B: SI RACCOMANDA LA SOSTITUZIONE DELLE FRESE OGNI 25/30 IMPIANTI

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

ROOTT P CON FRESE A LANCIA

Per l'area pterigoidea, le frese più adatti sono le frese a lancia DB2020, DB2024, DB2026. Tutte le frese sono dotate di marcatura laser, che indica la profondità della fresa nell'osso. Le marcature vengono laserate ogni 2 millimetri da 6 mm.

Nessun rischio di ferire l'arteria palatale discendente, che si trova nel canale palatale maggiore, se si utilizza la perforazione manuale.



IMPIANTI

Il collo dell'impianto presenta un ampio profilo della filettatura che offre compressione nell'area della tuberosità, dove la densità ossea è spesso limitata.

La parte superiore con i fili compressivi dà una corticalizzazione dell'osso spugnoso.

L'apice autofilettante appuntito assicura un forte ancoraggio quando inserito. L'apice permette di penetrare nell'osso corticale nella placca pterigoidea.



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO

Angolazione importante: un angolo di 45 gradi rispetto al piano trasversale con un fresa a lancia mediante perforazione manuale. Fresare alla stessa profondità della lunghezza dell'impianto.







5 anni di eccellenti risultati clinici con gli impianti ROOTT



Tasso medio di sopravvivenza

Lo studio di follow-up clinico post commercializzazione ha mostrato un tasso di sopravvivenza medio, dei sistemi implantari ROOTT, significativamente elevato, pari al 97,86%

Report del 24-05-2021

Elevati standard di qualità e sicurezza

I dispositivi medici presenti in questo catalogo sono conformi alla vigente normativa UE.